

Nghệ An, ngày 14 tháng 06 năm 2023

THƯ MỜI
Bảo giá mặt hàng Bộ Kít xét nghiệm Ký sinh trùng

Kính gửi: Quý đơn vị

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An xin trân trọng cảm ơn các đơn vị đã hợp tác với Trung tâm trong thời gian qua.

Để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023, Trung tâm có kế hoạch mua các mặt hàng, chi tiết như sau:

TT	Tên hàng hóa	Tiêu chí kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể sán lá gan lớn trong huyết thanh người	Bộ xét nghiệm Fasciola IgG phát hiện kháng thể sán lá gan lớn trong huyết thanh người Thành phần: Đĩa ELISA 96 giếng, Liên Hợp Enzyme, Đối chứng dương, Đối chứng âm, Chất tạo màu, Wash Concentrate (20X), Dung dịch đệm pha loãng, Stop Solution, Fasciola Serology Microwell ELISA Kit. Tổng thời gian ủ: 20 phút; Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100%; Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, Giấy phép lưu hành sản phẩm	96Test/hộp	Hộp	14	
	Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể Strongyloides IgG trong huyết thanh hoặc huyết tương người.	Bộ xét nghiệm Strongyloides IgG phát hiện kháng thể Strongyloides IgG trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần, Đĩa ELISA gồm 96 giếng, Enzyme Conjugate, Đối chứng dương, Đối chứng Âm, Chromogen, Dung dịch rửa cô đặc (20X), Đệm pha loãng, Dung dịch dừng, Bộ kit ELISA giun lươn IgG Tổng thời gian ủ: 20 phút Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100% Bảo quản ở 2-8 ° C; Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, Giấy phép lưu hành sản phẩm	96Test/hộp	Hộp	03	



Trung tâm kính mời Quý đơn vị có đủ năng lực cung cấp quan tâm, hỗ trợ báo giá mặt hàng trên.

Báo giá của Quý đơn vị xin gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, số 140, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02383.592.163. Thời gian: Trong giờ hành chính trước 17h00 ngày 24/06 /2023.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Dược VTYT

GIÁM ĐỐC



Chu Trọng Trang

